# 温度计校准日志（校准是重置温度计在已知温度下准确读取的过程）

**校准说明：**

- 把冰块和水放入大玻璃杯，然后搅拌。
- 将温度计杆浸入水中 2 英寸直到针停止移动。抓稳温度计避免触碰杯底和杯壁，以免产生误差。
- 使用迷你扳手或温度计盖调整孔，在冰水中读数时旋转调整螺母（在表头下），直到指针读数为 32° F。
- 每周校准一次，当温度计跌落或从一个极端温度环境变为另一个时。
- 使用温度计前通过酒精棉签擦拭或者用肥皂清洗消毒。




| 日期 | 校正前温度 | 校正后温度 | 校正人 | 注释 | 核实人 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

WASHOE COUNTY
HEALTH DISTRICT
ENHANCING QUALITY OF LIFE

ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES
1001 East Ninth Street I P.O. Box 11130 I Reno, Nevada 89520
775-328-2434 I Fax: 775-328-6176 I washoecounty.us/health

Public Health
Prevent. Promote. Protect.